

Gorzów Wlkp., 10 grudnia 2021 r.

Nasz znak: WZ-VIII.9612.1.7.2021
Wasz znak: nie dotyczy
Sprawę prowadzi: Mateusz Wiącek
Telefon: + 48 95 785 11 60
e-mail: mateusz.wiacek@lubuskie.uw.gov.pl

**NZOZ Zespół Praktyk Lekarza Rodzinnego
S.C.**

ul. Odrodzenia 32
67-300 Szprotawa

**dot. przekazania pisma pokontrolnego z przeprowadzonej kontroli problemowej –
planowej, nr księgi 000000003848-W-08***

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 28 września 2021 r. przeprowadzili planową kontrolę problemową w podmiocie leczniczym NZOZ Zespół Praktyk Lekarza Rodzinnego S.C., prowadzącym zakład leczniczy pn. Zespół Praktyk Lekarza Rodzinnego s.c. H. Migas, G. Wojtkowiak, Z. Wilczyński, K. Roszak, ul. Odrodzenia 32 67-300 Szprotawa.

Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli, doręczonym do kontrolowanej jednostki w dniu 4 listopada 2021 r. (potwierdzona, odebrana przesyłka ZPO) i odesłanym do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 9 listopada 2021 r. bez wniesienia zastrzeżeń do treści protokołu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:

- a) Regulamin organizacyjny, nie spełniał wymagań art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Dokument nie zawierał w treści wszystkich wymaganych elementów.
- b) Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie regularnego i zgodnego z zaleceniami producenta wykonywania przeglądów technicznych Aparatu EKG Aspel AsCARD MrGrey oraz braku ważnego przeglądu technicznego tego aparatu w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 2 marca 2020 r.
- c) Zestaw przeciwwstrząsowy ratujący życie, w którego skład wchodzi produkty lecznicze, które mogą być podawane przez lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego felczera był niekompletny.

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami i nieprawidłowościami, zawartymi w ww. protokole, **zobowiązuję podmiot do:**

- a) Dostosowania uchwalonego w dniu 1 stycznia 2020 r. regulaminu do wymogów art. 24 ust 1 ustawy o działalności leczniczej w zakresie wymaganej treści, zgodnie z protokołem kontroli problemowej z dnia 28 października 2021 r.**
- b) Regularnego i zgodnego z zaleceniami producenta wykonywania przeglądów technicznych Aparatu EKG Aspel AsCARD MrGrey oraz każdego innego sprzętu podlegającego obowiązkowi okresowych przeglądów.**
- c) Uzupelnienia zestawu przeciwstrząsowego o brakujące produkty lecznicze, które mogą być podawane przez lekarza, lekarza dentyzę, felczera lub starszego felczera, zgodnie z protokołem kontroli problemowej z dnia 28 października 2021 r. oraz z listą wskazaną w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwstrząsowych, ratujących życie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1772)**

W terminie **14 dni** liczonym od daty otrzymania niniejszego pisma pokontrolnego, oczekuję informacji o podjętych działaniach w celu realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich nie podjęcia.

Ponadto przypominam, że zgodnie z art. 107 ust.1 ustawy o działalności leczniczej podmiot wykonujący działalność leczniczą obowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania pod rygorem sankcji. Wnioski o wpis zmian podlegają opłacie zgodnie z art. 105 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.

Podstawa prawna:

* Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.).

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Bożena Chudak
Dyrektor Wydziału Zdrowia