

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp., dnia 26 czerwca 2019 r.

WZ-VIII.9612.7.2019.WKan

Pan
Michał Jewusiak
Kierownik
Niepublicznego Ginekologicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej s.c.
Michał Jewusiak, Tadeusz Sośnicki,
Janusz Zawisza, Witold Tymszan
Gorzów Wlkp.

ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn.zm.), upoważnieni pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przeprowadzili w dniu 3 i 14 grudnia 2019 r. kontrolę sprawdzającą w podmiocie leczniczym Niepubliczny Ginekologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c. Michał Jewusiak, Tadeusz Sośnicki, Janusz Zawisza, Witold Tymszan w Gorzowie Wlkp.

Kontrolą sprawdzającą objęto trzy jednostki organizacyjne tj.

- Poradnię Ginekologiczno – Położniczą – ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1A, 66 – 400 Gorzów Wlkp.,
- Poradnię Ginekologiczno – Położniczą – ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 24, 66 – 400 Gorzów Wlkp.,
- Poradnię Ginekologiczno – Położniczą – ul. Mieszka I 42, 66 – 400 Gorzów Wlkp.,

Przedmiotem kontroli była ocena realizacji zaleceń pokontrolnych dotyczących opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

W związku z ustaleniami i wnioskami przedstawionymi w protokole kontroli podpisanym przez Pana Michała Jewusiaka Kierownika Niepublicznego Ginekologicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej s.c. Michał Jewusiak, Tadeusz Sośnicki, Janusz Zawisza, Witold Tymszan w Gorzowie Wlkp. w dniu 04. 06. 2019 r. bez wniesienia zastrzeżeń, na podstawie art.112 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej przekazując niniejsze zalecenia pokontrolne oraz zobowiązuje podmiot do:

1. pilnego dokonania zmiany organizacyjnej i porządkowej w Poradni Ginekologiczno – Położniczej przy ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 24, w gabinecie gdzie wykonywane jest badanie USG tj. usunięcia kącika gospodarczego, w którym składowane są zapasowe żele do badania USG, ręczniki jednorazowe, podkłady jednorazowe, papier toaletowy oraz archiwizowana jest dokumentacja medyczna.
2. ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentek, w trybie natychmiastowym usunąć z pomieszczenia, w którym wykonywano badania USG sterylizator na suche powietrze, gdyż urządzenie to nie posiada paszportu oraz nie wykonywano badań technicznych tego sprzętu dopuszczających do eksploatacji w Poradni Ginekologiczno – Położniczej przy ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 24 w Gorzowie Wlkp.

Jednocześnie oczekuję w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych informacji o sposobie ich wykonania, a także o działaniach podjętych w celu realizacji zaleceń lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

Niniejsze zalecenia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO
Bożena Chudak
Dyrektor
Wydziału Zdrowia