

Gorzów Wlkp., 22 października 2021 r.

Nasz znak: WZ-VIII.9612.2.3.2021

Wasz znak: -

Sprawę prowadzi: Magdalena Flis

Telefon: + 48 95 785 11 61

e-mail: magdalena.flis@lubuskie.uw.gov.pl

**Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Pielęgniarki POZ i Położnej POZ „ZDROWIE”
Elżbieta Czarnecka, Lidia Janas,
Agata Pawłowska s.c.**
ul. Poznańska 15/2
66 – 320 Trzciel

**Dotyczy: przekazania pisma pokontrolnego z przeprowadzonej kontroli problemowej,
nr księgi rejestrowej: 000000003956-W-08***

Na podstawie art. 111 ust. 2 oraz art. 113 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711) oraz art. 49 ust. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162), upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 24 maja 2021 r. przeprowadzili kontrolę problemową podmiotu leczniczego NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PIEŁĘGNIARKI POZ I POŁOŻNEJ POZ „ZDROWIE” ELŻBIETA CZARNECKA, LIDIA JANAS, AGATA PAWŁOWSKA S.C.. ul. Poznańska 15/2, 66-320 Trzciel.

Przedmiotem kontroli była ocena zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli przekazanym Kontrolowanemu 12 października 2021 r. i odesłanym do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 14 października 2021 r., bez wniesienia zastrzeżeń do treści protokołu.

Nieprawidłowości i uchybienia stwierdzone podczas kontroli:

- a) W dniu kontroli stwierdzono brak wagi medycznej ze wzrostomierzem w zakresie wyposażenia gabinetu pielęgniarki i położnej POZ.
- b) Stwierdzono nieprawidłowość w zakresie braku dokumentów potwierdzających wykonanie przeglądów technicznych w przypadku detektora tętna płodu.
- c) W trakcie kontroli ustalono, że zakład leczniczy nie posiada pomieszczenia sanitarno – higienicznego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych.

Do dnia zakończenia czynności kontrolnych Kontrolowany usunął stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia w zakresie pkt a) i b).

Wobec powyższego nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Podkreślić należy, że niedopuszczalne jest wykorzystywanie wyrobu medycznego do udzielania świadczeń zdrowotnych, nieposiadającego dokumentacji potwierdzającej wykonanie działań serwisowych i przeglądów i jest naruszeniem art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm.), (Dz. U. z 2020 r. poz. 186).

Podstawa prawna:

* Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711).