

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp., 06 czerwca 2024 r.

Nasz znak: WZ-VIII.9612.1.3.2024.TZab
Sprawę prowadzi: Tomasz Zabiszak
Telefon: 95 7851159
e-mail: tomasz.zabiszak@lubuskie.uw.gov.pl

**NZOZ Specjalistyczna Poradnia
Stomatologiczna Maria Czujko**
ul. Jana Pawła II 36A
66-470 Kostrzyn nad Odrą

**Dotyczy: zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonej kontroli problemowej (planowej),
nr księgi rejestrowej: 000000004181-W-08***

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 27 marca 2024 r. przeprowadzili planową kontrolę problemową w podmiocie leczniczym: NZOZ Specjalistyczna Poradnia Stomatologiczna Maria Czujko prowadzącym zakład leczniczy: N.Z.O.Z. Specjalistyczna Poradnia Stomatologiczna Maria Czujko, ul. Jana Pawła II 36A, 66-470 Kostrzyn nad Odrą.

Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej, zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli, doręczonym kontrolowanemu w dniu 22 maja 2024 r. Podpisany przez kontrolowanego dokument (bez wniesienia zastrzeżeń) wpłynął do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 24 maja 2024 r.

Nieprawidłowości i uchybienia stwierdzone podczas kontroli:

1. Nazwa zakładu leczniczego w RPWDL była inna, niż nazwa jednostki lokalnej w bazie REGON.
2. Nazwa podmiotu leczniczego oraz nazwa zakładu leczniczego w RPWDL były identyczne.
3. Mimo udzielania w kontrolowanym podmiocie leczniczym świadczeń w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej, w księdze rejestrowej kontrolowanego podmiotu brakowało wpisów w tym zakresie.
4. Spośród 4 skontrolowanych sprzętów, Zespół Kontrolny stwierdził luki we wpisach w paszportach technicznych 2 unitów stomatologicznych (Ekodent-x, Gnatus) oraz autoklawu, dotyczące okresowych przeglądów technicznych - w okresie objętym kontrolą, ciągłość przeglądów nie była zachowana.

**W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami i uchybieniami,
zawartymi w ww. protokole kontroli, zobowiązuję podmiot leczniczy do:**

- terminowego wykonywania przeglądów technicznych posiadanego przez podmiot leczniczy sprzętu medycznego.

W trakcie trwania czynności kontrolnych podmiot leczniczy usunął uchybienia stwierdzone w punktach 1-3 , w związku z tym nie formułuje się zaleceń w tym zakresie.

W terminie **14 dni**, liczonym od dnia otrzymania niniejszego pisma pokontrolnego, oczekuję informacji o podjętych działaniach w celu realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niepodjęcia.

Podstawa prawna:

* Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 799).

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Anna Duczapska
Kierownik Oddziału Kształcenia i Spraw Medycznych
W Wydziale Zdrowia