



Gorzów Wlkp., 9 maja 2025 r.

Nasz znak: WZ-VIII.9612.1.1.2025.LMac
Wasz znak: brak
Sprawę prowadzi: Lilianna Maciaszek
Telefon: 95 7851 157
e-mail: lilianna.maciaszek@lubuskie.uw.gov.pl

Pani
Karina Tatarewicz
ul. Gorzowska 7/8
66-435 Krzeszyce

Dotyczy: przekazanie pisma pokontrolnego z przeprowadzonej kontroli problemowej – planowej, nr księgi 000000024022-W- 08

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 799 z późn. zm.), upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 20 marca 2025 r. przeprowadzili planową kontrolę problemową w w/w podmiocie leczniczym prowadzącym zakład leczniczy pn.: . Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Fizjoterapia” Karina Tatarewicz, ul. Gorzowska 7/8 w Krzeszycach.

Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli, doręczonym kontrolowanemu w dniu 30 kwietnia 2025 r. (potwierdzona, odebrana przesyłka ZPO) i odesłanym do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 6 maja 2025 r. **bez wniesienia zastrzeżeń do treści protokołu.**

W trakcie czynności kontrolnych zespół kontrolny stwierdził nieprawidłowości i uchybienia, polegające na tym, że:

- na podstawie oględzin i przedłożonego wykazu kontrolowanego sprzętu, a także dokumentacji potwierdzających przeglądy sprzętu - stwierdzono, że podmiot leczniczy nie posiadał ciągłości przeglądów 18 szt. sprzętu medycznego.

Na zaistniałą okoliczność, Pani Karina Tatarewicz złożyła wyjaśnienie, że przy zakupieniu nowego sprzętu otrzymała informację od serwisanta, że w przypadku nowych aparatów, pierwszy przegląd techniczny wykonuje się po upływie okresu gwarancji, a kolejne co 12 miesięcy. Poinformowała, że nowe aparaty zakupione zostały jako zapasowe urządzenia, w przypadku ewentualnej awarii aktualnie używanych aparatów - celem zachowania ciągłości udzielanych świadczeń zdrowotnych. Ponadto złożyła (na piśmie)

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

oświadczenie, iż nowe aparaty nie były eksploatowane w okresach braku ważności ich przeglądów technicznych.

Aktualnie sprzęt serwisowany jest zgodnie z wymogami producenta (posiada aktualne przeglądy na sprzęt).

Za stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia odpowiedzialny jest podmiot leczniczy.

Brak ciągłości przeglądów technicznych sprzętu w okresie objętym kontrolą jest nienaprawialny.

W wyniku oględzin pomieszczeń w Krzeszycach, Gorzowska 7/8 - w trakcie trwania czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie warunków lokalowych w określonym zakresie i kadrowych, o których mowa w ustawie o działalności leczniczej. Na podstawie sprawdzonych dokumentów potwierdzających kwalifikacje medyczne zatrudnionego personelu medycznego, zespół kontrolny stwierdził, że świadczenia zdrowotne w kontrolowanej jednostce wykonywane są przez wykwalifikowaną kadrę medyczną.

Na dzień kontroli podmiot leczniczy spełniał warunki do prowadzenia działalności leczniczej zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

W trakcie czynności kontrolnych poinformowano kierownika kontrolowanej jednostki o obowiązkach wynikających z ustawy o działalności leczniczej m.in. o obowiązku zgłaszania organowi prowadzącemu rejestr wszelkich zmian danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania oraz o obowiązku posiadania aktualnych certyfikatów i paszportów sprzętu medycznego określonym w ustawie o wyrobach medycznych.

Wobec powyższego nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Z up. Wojewody Lubuskiego

Anna Duczapska
Dyrektor
Wydziału Zdrowia